

## Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 30 000 euro pt. „**Dostawa maszyny do zamglawiania**” **sprawa 16/U/2018**, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, a mianowicie:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie mobilne - lekkie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
2. Czy Zamawiający przez jednokrotny proces zamglawiania rozumie czas wyłączenia sali z obiegu do ponownego jej użycia? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza do oceny urządzenie, które aby osiągnąć pełną skuteczność bójczą wymaga powtarzania procedury. Zamawiający wymaga, aby zamglawiacz po wstawieniu do pomieszczenia i uruchomieniu procesu osiągał oczekiwaną skuteczność bójczą bez konieczności dublowania czynności.**
3. §6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wskazanego zapisu na: „W okresie gwarancji Wykonawca, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki sprzętów objętych Przedmiotem Umowy, do naprawy w 48 godzin od zgłoszenia usterki (w dni robocze), lub wymiany wadliwego elementu/podzespołu na nowy w terminie 10 dni od zgłoszenia usterki.” Obecny zapis pozwala Zamawiającemu na żądanie wymiany sprzętu po mało istotnych naprawach elementów niemających wpływu na sprawną pracę urządzenia. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dekontaminacji na bazie H2O2 o stężeniu 7%-8% do pomieszczeń bez konieczności dodatkowego zamglawiania o kubaturze do 200m<sup>3</sup>, które nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego? **Odp. Zgodnie z zapisami w zaproszeniu**
5. Czy Zamawiający wymaga skuteczności działania potwierdzaną testem biologicznym Geobacillus Stearothermophilus log10<sup>6</sup> o czasie odczytu do 48 h oraz testem chemicznym bezpośrednio po procesie dekontaminacji? **Odp. Zamawiający nie wymaga**
6. Czy Zamawiający mając na celu wysokie wymagania odnośnie skuteczności działania i eliminacji sporów bakteriobójczych wymaga urządzenia, które posiada wbudowany generator ozonu znacznie poprawiający skuteczność bójczą? **Odp. Zamawiający nie wymaga**
7. Czy Zamawiający w celu uniknięcia użycia błędnego środka chemicznego wymaga urządzenia z pojemnikami oznaczonymi kodem RFID? **Odp. Zamawiający nie wymaga**

8. Czy w celu zapewnienia wysokiej jakości parametrów mgły Zamawiający wymaga technologii dekontaminacji mgły suchej bez wilgoci o ilości środka biobójczego 8-10ml/m<sup>3</sup>?  
**Odp. Zamawiający nie wymaga**

**Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.**

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

*Marek Czaplicki*