

Gniezno, dnia 01.09.2017

WYJAŚNIENIA

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie w związku z prowadzonym postępowaniem do 30 000 euro na „Dostawę wirówki laboratoryjnej” znak sprawy **26/U/2017**, udziela odpowiedzi Oferentom na zadane pytania, a mianowicie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LED o lepszych parametrach użytkowych, niż LCD ?

Odp.: tak dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres obrotów wirówki 500 – 15000 RPM w zależności od rodzaju rotora?

Odp.: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

3. Czy Zamawiający dopuszcza wirnik horyzontalny o następujących parametrach:

- zakres obrotów 500 - 4000 RPM,
- pojemność 4 x 250 ml,
- pojemniki okrągłe do rotora 250 ml (Ø 62x100 mm) ,
- wkładki redukcyjne 7x15/10 ml (Ø17x110 mm) ?

Odp.: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

4. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający żąda, aby oferowana wirówka posiadała wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska skoro wiadomo, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie prowadzi rejestru urządzeń takich, jak wirówki laboratoryjne ?

Odp.: Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytych sprzęcie elektronicznym i elektrycznym (Dz.U.2015 poz.1688)

5. Czy Zamawiający dopuszcza wirnik horyzontalny o następujących parametrach:

- zakres obrotów 500 - 4000 RPM,
- pojemność 4 x 500 ml,
- pojemniki okrągłe do rotora 500 ml (Ø 98x160 mm) ,
- wkładki redukcyjne 12x15/10 ml (Ø 17x110 mm) ?

Odp.: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

6. Czy Zamawiający dopuszcza wirnik horyzontalny o następujących parametrach:

- zakres obrotów 500 - 4000 RPM,
- pojemność 4 x 250 ml,
- pojemniki okrągłe do rotora 250 ml (Ø 62x100 mm) ,
- wkładki redukcyjne 4x15/10 ml (Ø 17x110 mm) ?

Odp.: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zarówno treść zaproszenia, wyznaczony termin i miejsce składania oraz termin otwarcia pozostają bez zmian!

Z poważaniem
DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki