



WOJEWÓDZKI SZPITAL
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„DZIEKANKA”
im. Aleksandra Piotrowskiego
62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15
tel. 61/ 423-85-00, fax 61/ 423-11-18
NIP 7841984429

Gniezno, dnia 04.01.2018r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1579) w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania **34/2017** na **„Dostawę aparatury medycznej”** :

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator LIFEPAK 20e posiadający następujące parametry:
defibrylator posiadający zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz oraz wymienny akumulator ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora. Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na 140 defibrylacji z max. energią i 210 min. ciągłego monitorowania EKG, kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie (I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. Ekran monitora typu LCD, rozdzielczość 320 x 240 pixeli, przekątna ekranu 5,7”. Wskaźnik częstości akcji serca 20 do 300 u/min. Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4, 0, pełne zapisy rekordów dotyczących pacjentów zawierające listę zdarzeń z rekordami zdarzeń krytycznych — do 100 odcinków krzywej stanowiących pojedyncze zdarzenia wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku na wbudowanej drukarce, posiadający Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie, Czas ładowania do energii 360J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 360 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym, Zakres regulacji energii od 2J do 360 J, 25 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji, Pełne sterowanie funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej, Łyżki defibrylacyjne

dla dorosłych i dzieci zintegrowane, Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych, Możliwość wydruku krzywej EKG z wykorzystaniem sygnału z pamięci urządzenia.

Odp. Tak, pod warunkiem wyposażenia defibrylatora w przewód przyłączeniowy z czujnikiem do pomiaru SpO2.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki