

Gniezno, dnia 29.08.2018r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 ze zm.) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania **19/2018 na "Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny"**, udziela odpowiedzi na zadane pytania, a mianowicie:

1. Czy Zamawiający mając na celu, zwiększenie konkurencyjności oraz uzyskanie najkorzystniejszej ceny za urządzenie porównywalnej jakości, dopuści równoważny sprzęt o innym oznaczeniu modelu niż wskazany AV400 z baterią do wielokrotnego ładowania, ładowarką z funkcją stacji dokującej, zasilaczem wraz z przejściówkami, statywem mobilnym dwuramiennym z regulacją wysokości i funkcją ładowania oraz z zachowaniem wszystkich pozostałych wymogów technicznych opisanych w SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycji 2 oczekuje: pomp do stosowania żywienia enteralnego, posiadających mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny o masie do 395 g, o szybkości podawania diety 1-400ml/h z ustawieniem co 1ml. i zakresie całkowitej dawki od 1 do 4000ml?
Pompy kompatybilnej z zestawami do podaży diet istniejącymi już w innym postępowaniu przetargowym Zamawiającego? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy wizualizator żył z zasilaczem dostosowanym do norm europejskich bez zbędnych przejściówek ? Urządzenie AV 400 jest produktem amerykańskim, dlatego do zestawu są dołączane przejściówki dla różnych regionów. W przypadku pracy w Europie jest to zbędne akcesorium.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza
4. – Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy wizualizator żył z kompatybilnym statywem mobilnym, jednoramiennym z tzw. „gęsią szyjką” do swobodnego umiejscowienia wizualizatora, bez regulacji wysokości i bez funkcji ładowania ? Funkcja regulacji wysokości nie ma tu zastosowania, dzięki ww. „gęsiej szyjce”, wizualizator można dostosować wygodnie do każdej wysokości. Funkcja ładowania na statywie też nie jest konieczna, ponieważ oferowany wizualizator wyróżnia się czasem pracy do 5 godzin, co jest lepszym rozwiązaniem dla Zamawiającego, niż produkt o czasie pracy do ok. 3 godzin. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
5. – Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy wizualizator żył z baterią litowo-jonowa 3,6V, 4,3Ah bez możliwości wymiany przez użytkownika ? Oferowana bateria jest bardzo mocna, co za tym idzie wymiana może być konieczna dopiero za parę lat. Dodatkowo producent oferowanego wizualizatora zrezygnował z możliwości wymiany baterii przez użytkownika, ponieważ może to powodować liczne problemy, a nawet uszkodzenie sprzętu, jeżeli czynność nie jest przeprowadzona przez wykwalifikowany serwis. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
6. – Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy wizualizator żył o wadze 480 g ? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie wpłynie negatywnie na pracę z urządzeniem, szczególnie że większość czasu urządzenie jest na mobilnym statywie. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózkowaną o długości całkowitej 207cm, która zapewnia walory użyteczne produktu przy wzroście dużej większości pacjentów i jest standardową długością wózkowań na rynku, bez możliwości zmiany długości leża? **Odp. Zamawiający dopuszcza**

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózkowaną o dopuszczalnym, maksymalnym obciążeniu roboczym 170kg? Oferowany parametr tylko o 5kg różni się od wymaganego. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
9. Czy Zamawiający dopuści wózkowaną o konstrukcji równoważnej do wymaganej, ze stali malowanej proszkowo? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
10. Dotychczasowy opis : „Możliwość regulacji prędkości przepływu w odstępach co 1 ml/godz., od 1 do 295. Możliwość regulacji dawki w odstępach co 5 ml od 0-9995”. – czy można zaoferować o parametrach : „Możliwość regulacji prędkości przepływu w odstępach co 1 ml/godz 1 – 5000 ml i zakres; co 1 ml (w zakresie od 1 do 49 ml) lub 50 ml (w zakresie od 50 do 5000 ml)”? **odp. Zgodnie z zapisami siwz**
11. Dotychczasowy opis : „Niskie ciśnienie okluzji - Okluzja 1 bara umożliwia bezpieczne użycie z dowolnym zgłębnikiem żywieniowym.” – czy można zaoferować o parametrach : „Niskie ciśnienie okluzji - Okluzja 1,5 bara umożliwia bezpieczne użycie z dowolnym zgłębnikiem żywieniowym.” ? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
12. Dotychczasowy opis : „Wyświetlacz łącznej podanej objętości” – czy można zaoferować urządzenie bez danej funkcji? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
13. Dotychczasowy opis : „Wyświetlacz skumulowanej objętości ” – czy można zaoferować urządzenie bez danej funkcji? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
14. Dotychczasowy opis : „Możliwość wybrania spośród 3 trybów alarmu – czy można zaoferować o parametrach : „Możliwość wybrania spośród 2 trybów alarmu” ? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
15. Dotychczasowy opis : „Zapisanie w pamięci prędkości wlewu, limitu dawki, podanej objętości oraz skumulowanej objętości nawet po wyłączeniu urządzenia. Ustawienia zostają automatycznie przywrócone po ponownym włączeniu pompy” – czy można zaoferować o następujących parametrach : „Zapisanie w pamięci prędkości wlewu, limitu dawki, w odniesieniu do objętości, podanej objętości po wyłączeniu urządzenia. Ustawienia zostają automatycznie przywrócone po ponownym włączeniu pompy” ? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść SIWZ i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA

in
Marek Czaplicki