

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 1986 ze zm.) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania **12/2019 na „Dostawę odczynników do badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora”**, udziela odpowiedzi na zadane pytania, a mianowicie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawienie dodatkowej tabeli i wyspecyfikowanie w nich kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania wyspecyfikowanych w SIWZ badań? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
2. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca powinien wyliczyć wartość netto i wartość brutto poprzez pomnożenie ilości opakowań i ceny jednostkowej za opakowanie. W związku z faktem, iż do wykonania badań niezbędne są również kalibratory, kontrole i materiały zużywalne wyliczenie wartości netto i brutto z jednego oznaczenia byłaby jedynie daną informacyjną a nie realnym kosztem, który poniesie Zamawiający. **Odp. Zamawiający potwierdza**
3. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga, aby do podanej ilości oznaczeń doliczyć testy na kalibrację i kontrolę? **Odp. Nie, podana ilość oznaczeń uwzględnia kontrole i kalibracje**
4. W celu prawidłowego wyliczenia zarówno odczynników, jak i materiałów kontrolnych prosimy o podanie harmonogramu wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Z jaką częstotliwością i na ilu poziomach Zamawiający wykonuje kontrole wewnątrzlaboratoryjną dla poszczególnych parametrów. **Odp. Podana ilość oznaczeń uwzględnia kontrole i kalibracje**
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odczynników, kalibratorów i kontroli do oznaczania HBsAg i HCV pochodziły one od innego producenta, ale posiadały aplikacje i opakowania dedykowane na oferowany analizator? Umieszczanie tych odczynników na pokładzie analizatora nie wymagałoby żadnej dodatkowej pracy operatora i odbywało się w identyczny sposób jak w przypadku odczynników produkowanych przez producenta. **Odp. Zgodnie z siwz**
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności do 100 ozn/h? **Odp. Zgodnie z siwz**
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli wieloparametrowych produkowany przez renomowaną firmę produkującą materiał kontrolny? Materiał ten posiada wartości zaadoptowane przez firmę i dedykowane dla oferowanego analizatora. **Odp. Zgodnie z siwz**
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym wykonanie priorytetowo próbek pilnych – cito i wydanie wyników Troponiny w czasie ok. 17 minut? **Odp. Zgodnie z siwz**

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora, dla którego przeglądy są wykonywane co pół roku zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta analizatora?  
**Odp. Zgodnie z siwz**
10. Czy w związku z zapisem " Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiające ciągłe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora" Zamawiający zamierza przechowywać odczynniki na pokładzie analizatora 24 h na dobę i że fakt ten należy uwzględnić kalkulując niezbędną zarówno częstość kalibracji jak i ilość zaferowanych odczynników? **Odp. Zgodnie z siwz**
11. Czy kalkulując ofertę przetargową należy uwzględnić podaną i sugerowaną w ulotkach odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie i stabilność kalibracji poszczególnych analizatorów przechowywanych stale na pokładzie analizatora ? **Odp. Zgodnie z siwz**
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony zapis „Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników w rotorze odczynnikowym w celu eliminacji parowania odczynników – ”, gdy odczynniki w zamkniętych pokrywą elastomerową pojemnikach wstawiane są na pokład aparatu i otwierane są automatycznie poprzez przekłucie pokrywy elastomerowej sondą dozującą, a zamykane są automatycznie po wycofaniu sondy dozującej dzięki elastyczności pokrywy elastomerowej? Czynność ta powtarzana jest przy każdorazowym dozowaniu odczynnika, a operator nie musi ani otwierać, ani zamykać odczynników, które dzięki powłoce elastomerowej są zabezpieczone przed parowaniem. **Odp. Zgodnie z siwz**
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora, który posiada system mycia sond zapobiegający kontaminacji. Analizator posiada zarówno dopuszczenie CE jak i FDA i jest analizatorem używanym do diagnostyki także testów najbardziej wrażliwych na potencjalną kontaminację jak np. testy do diagnostyki markerów chorób zakaźnych? Nawet analizatory stosujące jednorazowe końcówki dozujące są potencjalnie narażone na kontaminację poprzez zastosowanie kuwety przepływowej do odczytu przebiegu reakcji immunochemicznej. Analizator ten jest z powodzeniem używany w wielu laboratoriach w Polsce. Pozytywna odpowiedź z pewnością przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ofert składanych w przedmiotowym postępowaniu, gdyż umożliwiające zostanie złożenie ofert przez większą ilość podmiotów. **Odp. Zgodnie z siwz**
14. Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie analizatora immunochemicznego, którego odczynniki immunochemiczne i aplikacje przez nie wykorzystywane posiadają draft krzywej kalibracyjnej, który jest weryfikowany i dostosowywany przez okresowo przeprowadzaną kalibrację. Pragniemy zwrócić uwagę fakt, że nawet kiedy w ulotkach odczynnikowych jest informacja o tym, że „pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora dla wszystkich parametrów, jest trwała przez cały okres stosowania odczynnika o tym samym numerze serii (lotu) “ nie zwalnia to operatora z konieczności wykonania kalibracji przy wstawieniu odczynnika o nowym numerze serii i ponowieniu tej kalibracji zgodnie z sugestiami w ulotkach odczynnikowych. **Odp. Zgodnie z siwz**
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Załącznika nr 1 Formularza asortymentowo-cenowy poprzez dodanie kolejnych wierszy w celu wpisania niezbędnych kalibratorów, kontroli, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawy? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
16. §1 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy od daty dostawy odczynników? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

17. §1 ust 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach zawierały zgodnie z obowiązującym prawem polskim „Nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów?  
**Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

**Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść SIWZ i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.**

Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA

  
*Marek Czaplicki*

