

Gniezno, dnia 06.08.2019r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 1986 ze zm.) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania **15/2019 na "Dostawę odczynników do badań z zakresu biochemii wraz z dzierżawą analizatora"**, udziela odpowiedzi na zadane pytania, a mianowicie:

I. u

1. Prosimy o potwierdzenie, iż wartość netto/brutto danego produktu stanowi iloczyn ilości danego asortymentu oraz ceny netto/brutto 1 opakowania. Odczynniki, kalibratory, kontrolne i materiały zużywalne posiadają różne stawki VAT, w związku z czym cena 1 oznaczenia może stanowić jedynie daną informacyjną (zapisaną w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku), a nie realny koszt, który poniesie Zamawiający. W związku z powyższym prosimy jednocześnie o zgodę na modyfikację załącznika nr 1 poprzez rozbudowanie tabeli o kalibratory, kontrole i mat. zużywalne niezbędne do wykonania wymienionych w przedmiotowym załączniku badań. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania UIBC zamiast TIBC? Wartość parametru TIBC określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla danej próbki badanej. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
Odp. NIE
3. Dotyczy pkt. 23 parametrów granicznych analizatora, Załącznik nr 2: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby analizator wykorzystywał pojedyncze elektrody nie wymagające obsługi typu uzupełnianie płynu czy wymiana membrany oprócz czynności związanych z kalibracją? **Odp. TAK**
4. Dotyczy § 1 pkt. 6 projektu umowy: Prosimy o wyrażenie zgody aby etykiety na opakowaniach każdego asortymentu opisane były w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli / znaków i rozpoznawalnych kodów ? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
5. Dot. SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by dokumenty wymienione w pktcie 8.8 b zostały złożone w formie elektronicznej na płycie CD? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
6. Par. 1 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: "Wykonawca zobowiązuje się okazać dokumenty, o których mowa w ust. 7 na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym, niż 7 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego." **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
7. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
8. Par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin załatwienia reklamacji wynosił 5 dni od jej rozpatrzenia? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

9. Par. 3 ust. 1, ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
10. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
11. Par. 4 ust. 1 pkt 1 - 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
12. Par. 4 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
13. Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
14. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin usunięcia wad lub awarii wynosił 1 dzień roboczy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
15. Par. 7 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
16. A.D. 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania UIBC w miejsce TIBC? **Odp. TAK, jeżeli analizator dokona automatycznie doliczeń TIBC (z parametrów UIBC + Fe)**
17. **Analizator biochemiczny – opis parametrów technicznych**
A.D. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 3 z oferowanych odczynników (CK, CKMB,UIBC) przed wstawieniem na pokład analizatora wymagały połączenia dwóch płynnych podjednostek składowych? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
18. A.D. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator wyposażony był w kuwety szklane wielorazowego użytku, które nie wymagają wymiany przez cały okres objęty kontraktem i są automatycznie myte na pokładzie analizatora? Sprawny i skuteczny system mycia eliminuje możliwość kontaminacji (ppm < 0.1). **Odp. Zgodnie z siwz**
19. A.D. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przygotowanie homogennej mieszaniny reakcyjnej w kuwecie pomiarowej odbywało się przy użyciu mieszadeł mechanicznych. Mycie kuwet oraz mieszadeł odbywa się w sposób automatyczny, a sprawny i skuteczny system mycia eliminuje możliwość kontaminacji poniżej istotności klinicznej (ppm < 0.1). **Odp. Zgodnie z siwz**
20. A.D. 14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony punkt „Dowolne oprogramowanie pozycji dla próbek cito” jeśli aparat wyposażony jest w automatyczny podajnik próbek z możliwością umieszczania w nim statywów dla próbek Cito, a ponadto w dodatkową karuzelę dla próbek Cito. **Odp. Zgodnie z siwz**
21. A.D. 20 Prosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego analizatora, który nie ma możliwości automatycznej, internetowej, aktualizacji używanych na analizatorze: aplikacji/ testów, baz danych dla materiału kalibracyjnego i kontrolnego. Wszystkie aplikacje są wgrywane w czasie instalacji aparatu przez specjalistę ds. aplikacji, a dane dotyczące materiału kontrolnego i kalibracyjnego są dostępne na stronie internetowej producenta. **Odp. Zgodnie z siwz**
22. A.D. 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o systemie odczynnikowym otwartym, przy czym oferowane odczynniki posiadać będą aplikacje na oferowany analizator i nie będą wymagać żadnych prac aplikacyjnych ze strony Zamawiającego? Ponadto na życzenie Zamawiającego można zablokować możliwość zmian ustawień aparatu przez operatora. Każdy dostępny analizator na rynku jest

- częściowo lub całkowicie otwarty, a tylko od operatora zależy czy będzie używał odczynniki poza oferowanymi w przetargu. **Odp. Zgodnie z siwz**
23. A.D 23. Prosimy o potwierdzenie, że elektrody, które wymagają okresowych procedur kalibracyjnych i konserwacyjnych spełniają wymóg „ elektrody bezobsługowe”.
Odp. Elektrody bezobsługowe - wymagające uzupełniania płynów i membran
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferent o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
25. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do elektrody referencyjnej i dodatkowych elektrod referencyjnych? Płyny i dodatkowe elektrody referencyjne są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody referencyjnej. **Odp. Zgodnie z siwz**
26. Prosimy o doprecyzowanie wymagania „Bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej umożliwiającej codzienną kontrolę wszystkich wyspecyfikowanych parametrów”. Jaka kontrolę zewnętrzną ma Zamawiający zamiar używać i czy w związku z tym wymaganiem nie ma potrzeby oferowania dodatkowego materiału kontrolnego celem przeprowadzenia codziennej kontroli wewnętrznej. **Odp. Zgodnie z siwz**
27. Prosimy o potwierdzenie, że analizator, który standardowo poddawany jest przeglądowi co 6 miesięcy spełnia wymóg: „Bezpłatny przegląd techniczny raz w roku z zapisem w paszporcie technicznym”. **Odp. Zgodnie z siwz**
28. Czy do podanej liczby oznaczeń należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę i zaoferować odpowiednie kalibratory i kontrole? Jeśli tak to prosimy o podanie harmonogramu kontroli. **Odp. Do szacunkowej ilości badań wliczona jest codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna i ewentualne kalibracje**
29. Czy jeśli w Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano informację, że firma: „zaleca wymianę lampy fotometru co 1000 godzin. Wymiana lampy po 1000 godzin zapewnia ciągłe i niezawodne działanie lampy bez nieoczekiwanych przestoju w pracy systemu” a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „w razie potrzeby”, oferent może założyć jej wymianę kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem producenta? **Odp. Zgodnie z siwz, Zamawiający nie wyspecyfikował takiego wymagania**
30. Czy Zamawiający wymaga, ażeby wyspecyfikowane w punkcie 38 wirówki były fabrycznie nowe? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**
31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Załącznika nr 1 Formularza asortymentowo-cenowy poprzez dodanie kolejnych wierszy w celu wpisania niezbędnych kalibratorów, kontroli, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawy? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
32. §1 ust.6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach zawierały zgodnie z obowiązującym prawem polskim „Nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
33. §3 ust.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu z umowy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
34. §2 ust.7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 3 dni roboczych? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

35. §2 ust.7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 2 dni roboczych?
Odp. Zgodnie z siwz

36. §3 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie faktur w wersji elektronicznej na adres e-mail szpitala? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

Załącznik – wzór umowy po modyfikacji

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść SIWZ i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Zatwierdził:

Z-ca DOKUMENTORA
ds. p...stwa
mgr Elżbieta...aczmarek

