

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1843 ze zm.) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania **10/2020 "Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych i infekcji z dzierżawą analizatora"**, udziela odpowiedzi:

1. Ze względu na brak dostępności na rynku wszystkich parametrów w zakresie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia kontroli jakości dla pozycji nr 4: Zestaw do diagnostyki twardziny układowej (Systemic sclerosis). **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
2. Prosimy o doprecyzowanie, na ile miesięcy należy wycenić dzierżawę sprzętu w formularzu cenowym (załącznik nr 2)? Z zapisów SIWZ wynika że umowa zostanie zawarta na okres od 16.07.2020 r. do 31.12.2021 r., co w przeliczeniu daje 17,5 miesiąca. Czy okres dzierżawy należy zaokrąglić do pełnego miesiąca (18 miesięcy)? **Odp. Zgodnie z §3 ust. 10 wzoru umowy**
3. Załącznik nr 2, pozycje 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie niniejszych pozycji do osobnego zadania? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę**
4. Załącznik nr 2, pozycje 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wraz z niniejszymi pozycjami zamiast płuczki i czytnika ELISA, automatycznego analizatora ELISA? **Odp. Zgodnie z siwz**
5. Załącznik nr 2, pozycje 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14: Czy Zamawiający wymaga testów fabrycznie skalibrowanych i skontrolowanych przez co niewymagających poświęcania oznaczeń na każdorazowe kalibracje i kontrole? **Odp. Zgodnie z siwz**
6. Załącznik nr 2, pozycje 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14: Czy Zamawiający pod pojęciem „ilość oznaczeń” rozumie ilość faktycznie uzyskanych wyników i nie wlicza w to oznaczeń zużytych na kalibracje i kontrole? **Odp. Zgodnie z siwz**
7. Załącznik nr 1, punkt 2 „Test do diagnostyki przeciwciał przeciw CCP”: Czy Zamawiający zgodzi się na test z opłaszczaniem: zmutowaną cytrulinowaną wimentyną? **Odp. Zgodnie z siwz**
8. Załącznik nr 1, punkt 2 „Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko Borrelia w płynie mózgowo – rdzeniowym i surowicy”: Czy Zamawiający zgodzi się na test

z opłaszczeniem: rekombinowane VlsE, DbpA, OspC, p83/p100 B. burgdorferi dla IgG, oraz rekombinowane VlsE, OspC, p41i B. burgdorferi dla IgM? **Odp.**
Zgodnie z siwz

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zarówno treść ogłoszenia jak i wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia pozostają bez zmian!

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA


Marek Czaplicki