

Gniezno 24.08.2020 r.

Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 30 000 euro pt. „**Dostawa rękawic ochronnych oraz pasków testowych**” **sprawa 26/U/2030**, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, a mianowicie:

1. Pakiet 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min. 280 mm, AQL 1,0, siła zrywu prze starzeniem 9N, zawartość protein 79µg/g, grubość na palcu 0,16mm+/-0,02, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

2. Pakiet 1, poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280-300 mm oraz nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości, wynoszącej na palcu 0,20±0,02 mm, posiadające warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

3. Pakiet 1, poz. 9-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min 6N i grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, przebadane na 5 związków chemicznych zgodnie z EN 16523-1 w tym min. 3 na 1 poziomie ochrony, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

4. Zwracamy do Zamawiającego się z prośbą o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji 1-2 z pakietu nr 1. Modyfikacja ta pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie ofert, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Sweklej