

Gniezno, dnia 27.11.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1843 zez zm.) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania **17/2020 „Dostawa opatrunków i pieluchomajtek”**, udziela odpowiedzi na zadane pytania, a mianowicie:

I. Odpowiedzi na zapytania:

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. **Odp. Zgodnie z pkt. 8.8. SIWZ**
2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycje: 3, 4, 5, 6): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzystne dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obciążenia w okolicach podbrzusza. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycje: 3, 4, 5, 6): pieluchomajtki posiadające system, który odpowiada za szybkie wchłanianie moczu oraz utrzymywanie wysokiego poziomu suchości, ale o innej nazwie własnej niż w SIWZ? Należy podkreślić, że nazwa zawarta w SIWZ, jest stosowana tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek co ogranicza uczciwą konkurencję i jest niezgodne z PZP. **Odp. Zgodnie z siwz**
4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycje: 3, 4, 5, 6): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce kroczka przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia skuteczną ochronę przed wyciekaniem moczu na zewnątrz produktu. **Odp. Zgodnie z siwz**
5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja: 3) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3070g wg normy ISO 11948-1? Należy zauważyć, iż znikoma różnica (130g) pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu, a chłonnością oferowanego produktu w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. **Odp. Zamawiający dopuszcza**

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycja: 4) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2850g wg normy ISO 11948-1? Należy zauważyć, iż znikoma różnica (50g) pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu, a chłonnością oferowanego produktu w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycja: 5) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 1950g wg normy ISO 11948-1? Należy zauważyć, iż znikoma różnica (150g) pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu, a chłonnością oferowanego produktu w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycja: 6) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3180g wg normy ISO 11948-1? Należy zauważyć, iż znikoma różnica (20g) pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu, a chłonnością oferowanego produktu w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycje: 7, 8): produkty posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytując: „... podwójnym indykatorze wilgotności...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP. **Odp. Zgodnie z siwz**
10. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycja 7): pieluch anatomicznych „maxi”, czyli o poziomie chłonności co najmniej 3200g oraz o wymiarach co najmniej 66x39cm? **Odp. Zamawiający nie wymaga**
11. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycja: 8): pieluch anatomicznych „uniwersalnych” czyli o wymiarach co najmniej 64x35 cm, o chłonności co najmniej 1600 ml? **Odp. Zamawiający nie wymaga**
12. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycje: 3,4,5,6 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym firmom, które specjalizują się w produkcji pieluchomajtek dla dorosłych i nie posiadają w swojej ofercie handlowej asortymentu wskazanego w innych pozycjach? Wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu przełoży się na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej oraz uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego w Szpitalu. Prośbę swoją rekomendujemy tym, iż w obecnym kształcie pakietu może wystartować tylko jeden producent i uniemożliwia to wystartowanie szerszemu gronu Wykonawców. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycje: 3, 4, 5): produkty, pakowane a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycja: 6): produkty, pakowane a’28 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
15. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycje: 7, 8): pieluchy anatomiczne pakowane a’46 szt. lub a’40 szt. lub a’36 szt. lub a’28 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? **Odp. Zamawiający dopuszcza a’28 szt. z przeliczeniem sztukowym**
16. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycja 10): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm? **Odp. Zgodnie z swiz**

17. Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 9 z pakietu nr 2 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
18. Dot. treści SIWZ:Pkt 8.8 ust. b): Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie chłonności wyrobów wg normy ISO-11948-1 kartami danych technicznych wystawionymi przez producenta? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
19. Pakiet 1 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bandaża elastycznego o rozciągliwości min. 70%? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
20. Pakiet 1 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bandaża elastycznego o rozciągliwości min. 120%? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
21. Pakiet 1 poz. 8 i 9: Czy Zamawiający wymaga elastycznej siatki opatrunkowej o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50% i jedwab poliuretanowy 50%? **Odp. Zamawiający nie wymaga**
22. Pakiet 1 poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych po 5 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
23. Pakiet 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniach a'5kg? Cena w formularzu cenowym zostanie podana za 1kg w celach porównawczych. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
24. Pakiet 1 poz. 15: Czy Zamawiający wymaga zaferowania ligniny zarejestrowanej jako wyrób medyczny? **Odp. Zgodnie z siwz**
25. Pakiet 1 poz. 21-22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów pakowanych po 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
26. Pakiet 1 poz. 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków pakowanych po 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
27. Pakiet 1 poz. 24-26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków pakowanych po 5 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
28. Pakiet 1 poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków pakowanych po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
29. Pakiet 1 poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunków pakowanych po 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
30. Pakiet 1 poz. 30: Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane po 18 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
31. Pakiet 1 poz. 31: Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane po 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
32. Pakiet 1 poz. 34: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie waty 100% bawełnianej 500g z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Wata bawełniana jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT. Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE. **Odp. Zamawiający dopuszcza**

33. Pakiet 1 poz. 36: Czy Zamawiający dopuści wkładki pakowane po 30 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
34. Pakiet 1 poz. 37: Czy Zamawiający dopuści wkładki pakowane po 14 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
35. Pakiet 1 poz. 39: Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane po 25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
36. Pakiet 1 poz. 39: Czy Zamawiający dopuści opatrunki w rozmiarze 9,5x9,5 cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
37. Pakiet 2 poz. 3 i 6: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego. **Odp. Zamawiający wymaga**
38. Pakiet 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki bez ściągaczy taliowych, o chłonności (g) wg ISO 11 948-1: 3100? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Pragniemy podkreślić, że proponowane pieluchomajtki są aktualnie do Państwa dostarczane. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
39. Pakiet 2 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki bez ściągaczy taliowych, o chłonności (g) wg ISO 11 948-1: 2800? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Pragniemy podkreślić, że proponowane pieluchomajtki są aktualnie do Państwa dostarczane. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
40. Pakiet 2 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki bez ściągaczy taliowych, o chłonności (g) wg ISO 11 948-1: 2000? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Pragniemy podkreślić, że proponowane pieluchomajtki są aktualnie do Państwa dostarczane. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
41. Pakiet 2 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki bez ściągaczy taliowych, o chłonności (g) wg ISO 11 948-1: 3100? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Pragniemy podkreślić, że proponowane pieluchomajtki są aktualnie do Państwa dostarczane. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
42. Pakiet 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści podkłady, o chłonności (g) wg ISO 11 948-1: 950? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
43. Dot .umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłokę”, a „opóźnienia” słowem „zwłoki”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
44. Czy Zamawiający zgadza się na zmniejszenie kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy do 1%? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
45. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy przez jedną ze stron z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, strona rozwiązująca umowę pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
46. Termin składania ofert: nie później niż **do dnia 01.12.2020r. do godz. 09:00.** Miejszem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Poznańskiej 15 w Gnieźnie, budynek administracji, sekretariat, pokój nr 1. Czy zamawiający dopuści składanie ofert w formie elektronicznej z uwagi na sytuację epidemiczną? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

47. Pakiet 1, poz. 6-7,11-13,17-18,27. Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7,11-13,17-18,27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

48. Pakiet 1, poz. 27

Czy zamawiający dopuści wymiar 6 cm x 8 cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. **Odp. Zamawiający dopuszcza**

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść SIWZ i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA

ca
Mariek Czaplicki

