

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania 19/2020 „Dostawa narzędzi wielorazowego i jednorazowego użytku oraz produktów do endoskopii” udziela odpowiedzi:

Zwracam się z prośbą o możliwość przesłania oferty do przetargu nieograniczonego 19/2020 w wersji elektronicznej przez platformę.

Odp.: Postępowanie prowadzimy na starych zasadach, nie będziemy korzystać z platformy. Proszę ofertę przesłać drogą tradycyjną.

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozwarciu ramion 8 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści pętli wykonanych z drutu o średnicy 0,33 mm, średnica osłonki 2,4 mm, średnice 6, 10, 15, 20, 25 i 32 mm – pętłe owalne, średnice 10, 15, 20, 25 i 32 mm – pętłe heksagonalne, średnice 15, 20, 25 i 32 mm – pętłe asymetryczne.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z monofilamentowego drutu o średnicy 0,30-0,35 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion klipsa 9, 11, 16 mm, średnica cewnika 2,5 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o średnicy cewnika 2,3 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie koszyków o średnicy 20 mm i 30 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości roboczej 120, 180 i 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie gąbek o długości 125 mm, średnicy 45 mm, średnica otworów 9-10 mm/ 4-5 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotek z dwoma główkami o średnicy włosia 5 mm i 10 mm o długości 250 cm oraz z trzema główkami o średnicy 6 mm, długość 230 cm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosia/ czyścika 20 mm/ 125 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie spodenek o gramaturze 38-40 gsm.

Odp.: Nie

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 2,3 mm, długość robocza 90 cm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnic 8 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, śr. cewnika 7,5 Fr, długość robocza 240 cm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie stentów w zestawie o średnicy 18 Fr.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie stentów całkowicie pokrywanych (łącznie z kołnierzem) , średnica zestawu 6 mm, średnica kołnierzy 24 mm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie noża o długości 2300 mm, średnica cewnika 2,35 mm, długość 2 mm, średnica 0,4 mm, średnica dysku 0,8 mm, pozostałe właściwości jak w opisie.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie Igiel o średnicy cewnika 2,4 mm, średnica ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pozycji 15, 16, 17 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm, długość 240 cm.

Odp.: Nie

Czy Zamawiający w pakiecie 4, poz. 11 dopuści kleszcze bez znaczników na cewniku, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów?

Odp.: Tak

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odp.: Pozostaje jak w zapisie siwz.

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„...w ciągu 5 dni roboczych od uznania zasadności reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej”?

Odp.: Pozostaje jak w zapisie siwz.

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„W przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego dostawcy”?

Odp.: Pozostaje jak w zapisie siwz.

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1, podpunkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wymaganych 2% na 1%?

Odp.: Pozostaje jak w zapisie siwz.

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1, podpunkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wymaganych 2% na 1%?

Odp.: Pozostaje jak w zapisie siwz.

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1, podpunkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wymaganych 10% na 5%?

Odp.: Pozostaje jak w zapisie siwz.

Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp.: Zamawiający nie przekształca się w spółkę oraz nie została wszczęta likwidacja.

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyłączy zadania 1 - 6 i dopuści:

Poz. 1 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki z okienkiem do wyboru szczęki typu: owalne, owalne z igłą, długość narzędzia 1800 lub 2300 mm. Średnica osłonki 2.3 mm, rozwarcie ramion 6,7mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Poz. 2 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki z okienkiem. Do wyboru szczęki typu: owalne, owalne z igłą, długość narzędzia 1800mm. Średnica osłonki 1,8mm.

Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Poz. 3 Pętle do polipektomii jednorazowego użytku owalne, wykonane z plecionego drutu o średnicy 0,47 mm, długość robocza 230cm. Średnica osłonki 2,3mm. Średnica otwartej pętli: 10, 15, 20, 24, 36mm.

Poz. 4 Jednorazowe igły do ostrzykiwań, teflonowa, średnica osłonki 2.3mm, średnica igły: 22, 25 G, długość igły: 5 mm, długość robocza 230 cm, osłonka odporna na załamania, zakończona atraumatycznym metalowym kołnierzem.

Poz. 5 Jednorazowe igły do ostrzykiwań, teflonowa, średnica osłonki 2.3mm, średnica igły: 22, 25 G, długość igły: 5mm, długość robocza 180, 230 cm, osłonka odporna na załamania, zakończona atraumatycznym metalowym kołnierzem.

Poz. 6 Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 195, 230 cm, otwarcie ramion i klipsa: 8, 11, 16 mm, średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360*, możliwość kilkukrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem.

Odp.: Pozostaje jak w zapisie siwz

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki