

Gniezno, dnia 24.05.2021

Wyjaśnienia treści zamówienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie w związku z zapytaniem Wykonawców dotyczącym wyjaśnień do Opisu przedmiotu zamówienia, znak postępowania 11/U/2021 „Dostawa sprzętu do fizjoterapii” udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy: **Pakiet nr 3 - Rower treningowy szt. 1**

Czy zamawiający dopuści rower, który ma cztery programy i 5 predefiniowanych profili i wiroprowadowy system hamowania?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Dotyczy: **Pakiet nr 5 - Kabina UGUL pojedynczy z kozetką o regulowanej wysokości i z osprzętem – szt. 1**

Czy zamawiający dopuści stół:

- o długości 202 cm, szerokości 69 cm (wymiary różnią się jedynie 1-2 cm od wskazanych)?
- o większej regulacji wysokości 48-95 cm?
- o regulacji zagłówka w zakresie -70° / +40°?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 3

Dotyczy: **Pakiet nr 6 - Stół pionizacyjny szt.1**

Czy zamawiający dopuści stół o parametrach:

- leżysko o wymiarach: 190x69 cm?
- regulacja wysokości stołu: 53-103 cm?
- dopuszczalne obciążenie: 200 kg?
- brak uchwytów z pokrętkami

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4

Dotyczy: **Pakiet nr 8 - Kozetka o regulowanej wysokości - szt. 2**

Czy zamawiający dopuści stół:

- o długości 202 cm?
- o regulacji zagłówka w zakresie -70 / + 40 stopni?

Czy zamawiający wymaga, aby stół był bardzo wytrzymały i był przystosowany do obciążenia 300kg?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Dotyczy: **Pakiet 7 - system do treningów monitorowanych z cykloergometrem – zestaw 1**

Czy zamawiający dopuści ergometr o parametrach:

- zakres obrotów: 20-130 obr/min?
- zewnętrzny, bezprzewodowy moduł EKG?
- 12-odprowadzeniowe EKG w trybie treningowym?
- czułość: 5/10/20 mm/mV?
- przesuw: 5/10/25/50 mm/s
- zakres pomiaru HR 30-300 bpm

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Dotyczy: **Pakiet nr 9 – stół do drenażu limfatycznego - szt. 1**

Czy zamawiający dopuści stół:

- gdzie zmiana pozycji pivot realizowana jest przez siłownik elektryczny?
- o wysokości minimalnej 48 cm?
- o regulacji zagłówka w zakresie -70 do 40 stopni?

Pomiędzy jakimi częściami leżyska zamawiający wymaga kąta 43 stopnie dla funkcji Pivot?
Czy zamawiający wymaga, aby stół cechował się dużą wytrzymałością mechaniczną i był przystosowany do obciążenia 300 kg?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

DYREKTOR SZPITALA


Marek Czaplicki