

Gniezno, dnia 31.05.2021r.

Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie w związku z zapytaniami Wykonawców do postępowania do 130000złotyh pt: **"Dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne", sprawa 12/U/2021** udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje zapisy treści zaproszenia, a mianowicie:

1. Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo podnośnik Lifteo MLA o parametrach jak w linku https://meden.com.pl/oferta/podnosniki-dla-niepelnosprawnych/4718-podnosnik-pacjenta-lifteo.html?search_query=lifteo&results=1.
Odp. Zamawiający dopuszcza
2. Pakiet nr 3 – podnośnik. Czy Zamawiający dopuści nosidła transportowe w uniwersalnym rozmiarze? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
3. Pakiet 2. Prosimy o dopuszczenie następujących rozmiarów:
Poz. 1. M unieruchomienie rąk : 14–20 cm; unieruchomienie stóp: 18–24 cm,
Poz. 2. L unieruchomienie rąk : 19–25 cm oraz unieruchomienie stóp:24–28 cm
Poz. 3. XL unieruchomienie rąk : 24–30 cm oraz unieruchomienie stóp:28–34 cm
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu
4. Pakiet 3. Czy regulacja rozstawu ramy jezdnej ma być realizowana za pomocą siłownika (sterowanie z pilota)? **Odp. Regulacja za pomocą siłownika**
5. dotyczy pakietu nr 2- pasy magnetyczne. Czy Zamawiający zgodzi się na pasy wykonane z naturalnych surowców tj. bawełny wymieszanej z celulozą. Pasy można czyścić i prać do 95C.? Inne parametry pasów takie same jak opisana w Zaproszeniu. **Odp. Zamawiający dopuszcza**

załączniki:

1. formularz – po modyfikacji
2. opis przedmiotu -pakiet nr 3, pakiet nr 5 – po modyfikacji
3. wzór umowy – po modyfikacji

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zaproszenia ofertowego i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki