

Gniezno, dnia 02.06.2021r.

Wyjaśnienia cz.2

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie w związku z zapytaniami Wykonawców do postępowania do 130000złowych pt: **"Dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne", sprawa 12/U/2021** modyfikuje odpowiedź na poniższe pytanie:

Pakiet 3. Czy regulacja rozstawu ramy jezdnej ma być realizowana za pomocą siłownika (sterowanie z pilota)? **Odp. Zamawiający dopuszcza regulację rozstawu ramy jezdnej zarówno za pomocą siłownika jak również pedałem nożnym**

załączniki:

1. opis przedmiotu -pakiet nr 3 – po modyfikacji

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zaproszenia ofertowego i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
ds. pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Gnarowska-Kaczmarek