

Gniezno 24.11.2021 r.

## Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 130 000 złotych pt. **„Dostawa odczynników do badania ogólnego moczu oraz do równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą analizatorów”**, sprawa 40/U/2021, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, a mianowicie:

1. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?  
**Odp. Zamawiający potwierdza**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej: **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

4. Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**

5. Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 4) PZp w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

6. Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

7. Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

8. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

9. Par. 7 ust. 1 pkt 1 -2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

10. Par. 7 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**  
Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**  
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

12. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

13. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

14. W formularzu ofertowym jest:

pakiet nr 1 – odczynniki do dania ogólnego moczu z dzierżawą analizatora

netto:..... – czy tu podajemy cenę odczynników i mat. zużyw. bez dzierżawy analizatora? Czy łącznie z dzierżawą? **Odp. Cena bez dzierżawy**

pakiet nr 2

VAT: .....

brutto:..... – czy tu podajemy cenę odczynników i mat. zużyw. bez dzierżawy analizatora? Czy łącznie z dzierżawą? **Odp. Cena bez dzierżawy**

dzierżawa analizatora: .....– czy tu podajemy cenę za dzierżawę analizatora?  
Jeżeli tak to czy to ma być cena netto czy brutto za dzierżawę?

A może podajemy tu nazwę oferowanego analizatora? **Odp. Cena za dzierżawę netto oraz brutto**

15. W związku z wymaganiem wpięcia analizatora do systemu informatycznego znajdującego się w laboratorium, prosimy o podanie nazwy tego systemu informatycznego oraz firmy obsługującej.  
**Odp. System informatyczny Eskulap**

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osobno moczu kontrolnego N i P?  
**Odp. Zgodnie z opisem**

17. Czy jeżeli oferowany aparat nie wymaga kalibratorów to w formularzu cenowym wpisujemy „Nie dotyczy”? **Odp. Tak, pod warunkiem spełniania przez aparat parametrów określonych w załączniku**

**Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.**

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA  
*in*

*Marek Czaplicki*

