

Wyjaśnienia treści Opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 2019 zez zm.) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień Opisu przedmiotu zamówienia do postępowania „*Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych*” sprawa 6/U/2022, udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści rękawice niejałowe, bezpydrowe, nitrylowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania mediana min. 7,5N, AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec- 0,10mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm. Rękawice zgodne z ISO EN 374-5. Przebadane wg EN 16523 -1 na substancje wchodzące w skład środków dezynfekcyjnych min 2 kwasy – poziom 1, oraz alkohole -70% stężenia etanolu i isopropanolu – min. 25 min. Pakowane po 100 szt. w rozmiarach XS- XL?

Odp.: pozostaje jak w opisie

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki