

Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 130 000złowych pt. „Dostawa odczynników do wykonywania badań morfologii wraz z dzierżawą analizatora ” sprawa 7/U/2022, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dotyczy pkt. II Zaproszenia. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Oferta zostanie przesłana na adres e-mail podany w Zaproszeniu.
Odp. Zamawiający dopuszcza
2. Dotyczy „WZÓR UMOWY NR 7/U/2022. Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy o powierzeniu danych osobowych
3. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 4. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator był wyposażony w dedykowany tryb pracy dla płynów z jam ciała, co daje uzyskanie dokładniejszych wyników?
Odp. Zamawiający wymaga
4. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 9. Czy Zamawiający, pisząc „objętość aspirowanej próbki nie większa niż 25 µl”, ma na myśli objętość w trybie CBC i CBC+DIFF dla krwi pełnej?
Odp. Zamawiający potwierdza
5. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 13: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana kontrola on-line oparta była na materiale do kontroli codziennej, której wyniki wysyłane są automatycznie bezpośrednio z analizatora, dając możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatu uczestnictwa?
Odp. Zamawiający wymaga
6. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego do wewnętrznej kontroli codziennej zgodnie z terminem ważności na opakowaniu?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę
7. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 16: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymagane zakresy mają być uzyskiwane z pierwszego pobrania bez wstępnego rozcieńczenia próbki?
Odp. Zamawiający potwierdza
8. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 18: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator był wyposażony w osobny tryb pracy do oznaczania próbek leukopenicznych, który daje możliwość manualnego wyboru przez Użytkownika w razie potrzeby bądź wątpliwego wyniku?
Odp. Zamawiający wymaga

9. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 19: Czy Zamawiający wymaga, aby oprócz dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim, oferowany analizator miał wbudowaną taką instrukcję w oprogramowanie własne? Daje to możliwości automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwia wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora.
Odp. Zamawiający wymaga
10. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 20: Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym oprogramowanie analizatora posiada moduł kontroli jakości zawierający dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levey Jeningsa, X-BarM, wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
11. Dotyczy Załącznika nr 2 – Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii aparatu w dni robocze maksimum 48h, a w ciągu 24h poprzez zdalne podłączenie do analizatora przez Inżyniera Serwisu? Odp. **TAK**

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA
in
Marek Czaplicki