

Gniezno 25.11.2022 r.

Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 130 000 złotych pt. „*Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników diagnostycznych*”, sprawa 46/U/2022, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, a mianowicie:

1. Pakiecie III w przedmiotowym postępowaniu: Prosimy o informację w jaki sposób postąpić jeśli wynik dzielenia liczby sztuk danego testu przez wielkość opakowania nie jest liczbą całkowitą? W jaki sposób dokonać przeliczenia? **Odp. pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę**
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu na amfetaminę po czułości 300ng/ml (w Pakiecie III poz. 3) i testu na marihuanę o czułości 25ng/ml (w Pakiecie III poz. 5)? Większa czułość testów zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia narkotyków u osób przyjmujących je jednorazowo. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki