

Gniezno 13.12.2023 r.

Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 130 000 złotych pt. „*Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników diagnostycznych*”, sprawa 73/U/2023, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, a mianowicie:

Dot. Pakiet I

1. Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 10 ml ($\Phi 16 \times 105$ mm), stożkowe, z optycznie przezroczystego PS, ze znacznikami poj.: 1; 2,5; 5 i 10 ml - kształt stożka umożliwi stosowanie probówki do badania 1 ml osadu moczu. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
2. Poz. 19. Prosimy o dopuszczenie pipetek transportowych typu Pasteura dł. 150mm, o poj. użytkowej 1ml i całkowitej ~4ml, z podziałką do 1,0ml co 0,25 ml. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
3. Paragraf 2 pkt 4. Prosimy o dopuszczenie przesyłania elektronicznie faktur w formacie pdf. **Odp. Zamawiający dopuszcza**
4. Paragraf 5 ust. 1 pkt 1. Prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych za zwłokę w realizacji dostawy jako 2% wartości brutto niedostarczonej na czas części zamówienia. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
5. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuści probówki o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11ml? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
6. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 3 dopuści probówki o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11ml? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
7. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 9 dopuści naczynka o wysokości 38mm i średnicy 12-17mm? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
8. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 10 dopuści końcówki niebieskie typu Ependorf? **Odp. Zgodnie z zapisami**
9. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 11 dopuści końcówki żółte typu Ependorf? **Odp. Zgodnie z zapisami**
10. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 14 dopuści kamery typu Fast Read? **Odp. Zgodnie z zapisami**
11. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 19 dopuści pipety 1ml z podziałką? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
12. Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć (dokonać zaokrąglenia) ilość testów zaoferowanych w Pakiecie III poz. 1-6 na odpowiednią liczbę opakowań w sytuacji, w której wynik dzielenia liczby testów przez liczbę opakowań nie jest liczbą całkowitą? **Odp. Dokonać zaokrąglenia do pełnego opakowania**
13. Czy w Pakiecie III poz. 6 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu 12-panelowego wykrywającego CAT, MEP, K2, MDMA, MET, AMP, THC, BZO, OPI, FYL, BUP i MTD? **Odp. Zgodnie z zapisami**

14. Prosimy o wydzielenie pozycji 10 z Pakietu III w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu. Test lateksowy z poz. 10 opiera się na innej zasadzie oznaczenia i posiadają inne zastosowanie oraz inną technikę i czas wykonania niż pozostałe testy (immunochemiczne) z pakietu III. Pozostawienie Pakietu III w obecnym kształcie rażąco ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co skutkuje wzrostem cen ofert, Mając na uwadze powyższe, prosimy jak na wstępie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

Małgorzata Czaplicka