

## Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 130 000 złotych pt. „**Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu hematologii z dzierżawą analizatorów**”, **sprawa 2/U/2024**, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, a mianowicie:

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
2. Załącznik nr 3 – Wzór umowy §7 ust. 1 tiret pierwsze: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez zastąpienie zwrotu „wartości realizacji zamówienia, o którym mowa w paragrafie 2 umowy” wyrażeniem „wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia”. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
3. Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 6: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby analizator wyposażony był w podajnik na min. 20 próbek, a jednocześnie, aby statywy na próbki były min. 10-cio miejscowe, co usprawni i nie spowolni wykonania badań, i wydawania wyników? **Odp. TAK**
4. Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 13: Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby przy zapewnieniu materiału do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Wykonawca zapewniał również udział w kontroli międzynarodowej, która prowadzona jest w trybie on-line, w oparciu o materiał do codziennej kontroli?  
Uzyskiwane wyniki wysyłane są z aparatu zaraz po wykonaniu oznaczenia kontrolnego, bez konieczności zgrywania ich na zewnętrzny nośnik USB i przenoszenia oraz wgrywania na innym komputerze, czy też zatwierdzania wyników kontroli przez Użytkownika, ponad to program ten posiada akredytację organizatorów badań biegłości ISO. **Odp. TAK**
5. Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 14: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu. Umożliwi to zamawiającemu oszczędność materiału kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
6. Zał. nr 2 Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 18. Czy Zamawiający wymaga, aby Użytkownik analizatora miał możliwość manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych co daje Użytkownikowi możliwość decyzji, kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany? **Odp. TAK**
7. Zał. nr 2 Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego i odczynników, pkt 19. Zwracamy się z prośbą o podanie czy Zamawiający wymaga, aby oprócz instrukcji w języku polskim w formie papierowej oferowany analizator posiadał wbudowaną

instrukcję obsługi w języku polskim, która daje możliwość automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwia wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora? **Odp. TAK**

Załącznik:

1. Wzór umowy – po modyfikacji

**Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.**

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

*Marek Czaplicki*