

Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 170 000 złotych pt. „*Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu hematologii z dzierżawą analizatorów*”, **sprawa 2/U/2026**, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, a mianowicie:

1. Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?
Odp. Zamawiający dopuszcza
2. Dotyczy Zapytania ofertowego, Zał. nr 2, Parametry Wymagane, pkt 5: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż wymaga, aby objętość próbki potrzebna do zaaspirowania płynów ustrojowych (płynty z jam ciała, PMR) wraz z objętością martwą, w trybie otwartej mikropróbki wynosiła <250 µl.
Odp. Zamawiający potwierdza
3. Dotyczy Zapytania ofertowego, Zał. nr 2, Parametry Wymagane, pkt 14: Czy wymagając udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line opartej o materiał do kontroli codziennej producenta, z możliwością uzyskiwania raportów comiesięcznych, potwierdzanych certyfikatem uczestnictwa Zamawiający wymaga, aby program ten umożliwiał otrzymywanie miesięcznych raportów oceny jakości i posiadał akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043? **Odp. Zgodnie z opisem**
4. Dotyczy Zapytania ofertowego, Zał. nr 2, Parametry Wymagane, pkt 15: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu. Umożliwi to zamawiającemu oszczędność materiału kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości. **Odp. Zamawiający wyraża zgodę**
5. Dotyczy Zapytania ofertowego, Zał. nr 2, Parametry Wymagane, pkt 16: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga, aby oferowany analizator posiadał możliwość monitorowania niedokrwistości z oceną odsetka mikrocytów i makrocytów, jako parametrów diagnostycznych (posiadających zakresy referencyjne) i przesyłanych do systemu LIS. **Odp. Zamawiający potwierdza**
6. Dotyczy Zapytania ofertowego, Zał. nr 2, Parametry Wymagane, pkt 20: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, aby tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych, był dostępny dla użytkownika zarówno w trybie automatycznego przełączania (wyzwalanego przez kryteria systemowe analizatora), jak i manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru, co daje Użytkownikowi możliwość podjęcia decyzji kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany. **Odp. Zamawiający potwierdza**
7. Dotyczy Zapytania ofertowego, Zał. nr 2, Parametry Wymagane, pkt 23: Zwracamy się z prośbą o podanie, czy Zamawiający wymaga, aby oprócz instrukcji w języku polskim w formie papierowej oferowany analizator posiadał wbudowaną instrukcję obsługi w języku polskim, która daje możliwość automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego

aktualnie przez analizator oraz ułatwia wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora? **Odp. Zamawiający wymaga**

8. Dotyczy Formularza ofertowego, Wymagane załączniki do oferty, pkt 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:”
Odp. Zamawiający dopuszcza, modyfikacja zapisów

9. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego_ Załącznik nr 1: Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypełniając tabelę w kolumnie „Ilość sztuk” oferuje ilość pełnych opakowań, a co za tym idzie ceny jednostkowe i wartość brutto podana będzie za oferowaną ilość opakowań, odpowiadającą ilości oznaczeń, wymaganej przez Zamawiającego. **Odp. Zamawiający potwierdza**

Załącznik:

1. Wzór umowy – po modyfikacji

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia i są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

Marek Czaplicki